V.A.C.® Therapy Informatieboekje voor de patiënt

GD medical

3M + KCI

Uw persoonlijke handleiding voor V.A.C.® Therapy

Uw behandelend zorgverlener heeft bepaald dat u V.A.C.® Therapy nodig heeft om de genezing van uw wond te bevorderen. In dit boekje vindt u nuttige informatie over hoe V.A.C.® Therapy werkt, de bediening van uw V.A.C.®-behandelunit, het gebruik van de wondverbanden en tips over hoe u de best mogelijke resultaten bereikt met V.A.C.® Therapy. We raden u aan om dit boekje te bewaren op een plaats waar u het gemakkelijk kunt terugvinden.

Net zoals bij elk medisch hulpmiddel, is het belangrijk dat u deze informatie of eventuele vragen die u over de behandeling heeft met uw behandelend zorgverlener bespreekt.

Als u na het lezen van dit boekje echter product gerelateerde vragen over de V.A.C.® Therapy heeft, neem dan contact op met de leverancier van KCI Medical.

In België en Nederland is GD Medical te Eindhoven de exclusieve distributeur van de producten van KCI. De klantenservice van GD Medical is bereikbaar op 040- 3031 099.

In geval van dringende medische kwesties, kunt u het beste contact opnemen met uw behandelend zorgverlener.

Dit boekje voor de patiënt met informatie over de V.A.C.® Therapy wordt u aangeboden door KCI. U vindt hierin een samenvatting van de informatie die van belang is voor het gebruik van het V.A.C.® Therapy-systeem. U heeft dit boekje via uw behandelend zorgverlener ontvangen. Het is niet bedoeld als uitgebreide handleiding voor het gebruik van het systeem, de werking en het aanbrengen ervan. Raadpleeg uw behandelend zorgverlener in geval van specifieke vragen en belangrijke informatie met betrekking tot indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en bedieningsinstructies voor het V.A.C.® Therapy-systeem.

Inhoudsopgave

Informatie over het bedrijf 3
Wat is V.A.C.® Therapy? 4
Hoe werkt V.A.C.® Therapy? 5
Veelgestelde vragen 6-7
Thuis gebruikmaken van V.A.C.® Therapy 8
Informatie over alarmen 9
Tips voor dagelijks gebruik 10
Informatie over de veiligheid van de patiënt bij gebruik van V.A.C.® Therapy 12
Informatie voor familieleden en verzorgers 13

Informatie over het bedrijf

Wie is KCI?

KCI Medical is één van Europa's meest vooraanstaande bedrijven op het gebied van medische technologie en wondbehandeling. Het bedrijf is meer dan 20 jaar geleden opgericht in Europa. Bij KCI helpen we medische zorgprofessionals om de resultaten voor hun patiënten te optimaliseren en de kwaliteit van de zorg voor zowel de patiënt als de medische zorgprofessional te verbeteren.

De behandelingen, producten en ondersteuning van KCI maken een verschil binnen alle zorgomgevingen in vele landen over de hele wereld. We ontwerpen, produceren, verkopen en onderhouden een breed scala aan innovatieve producten die erop gericht zijn de klinische resultaten te verbeteren en tegelijkertijd de algemene zorgkosten te reduceren. Voor alle producten is een wereldwijd netwerk voor service en klinische ondersteuning beschikbaar.

KCI speelt een actieve rol in het wondgenezingsproces, zowel in het ziekenhuis als bij de patiënt thuis.

We streven naar continue innovatie om de kwaliteit van onze producten steeds verder te verbeteren, zodat onze patiënten de meest effectieve behandelingen kunnen krijgen.

Neem voor medische vragen rechtstreeks contact op met uw behandelend zorgverlener.

Wat is V.A.C.® Therapy?

V.A.C.® staat voor Vacuum Assisted Closure® (vacuümondersteunde wondsluiting).

V.A.C.® Therapy maakt gebruik van een vacuüm (of negatieve druk) en speciale wondverbanden om de wondgenezing te bespoedigen. V.A.C.® Therapy wordt geleverd door een geïntegreerd behandelsysteem dat uit 4 hoofdonderdelen bestaat:

1. Een behandelunit met een canister waarin het vocht wordt opgevangen (Afbeelding 1)
2. Een SensaT.R.A.C.™-pad met een slang om de behandelunit en het foamverband met elkaar te verbinden (Afbeelding 2)
3. Foamverbanden (Afbeelding 3)
4. V.A.C.®-afdekfolie (Afbeelding 4)

Behandelunit en canister

(Afbeelding 1)

De behandelunit (ACTIVAC) is het 'controlecentrum' van het geïntegreerde V.A.C.® Therapy-systeem. Deze beheert, meet en registreert de negatieve druk en waarschuwt als er zich een probleem voordoet.

SENSAT.R.A.C.™-pad

(Afbeelding 2)

Overtollig vocht en mogelijk infectueus materiaal worden via de SensaT.R.A.C.™-pad uit het wondgebied verwijderd en opgevangen in de canister.

Foamverbanden

(Afbeelding 3)

De V.A.C.®-foamverbanden vormen een essentieel onderdeel van het behandelsysteem. In combinatie met de negatieve druk hebben ze zowel een fysieke als biologische werking om de wondgenezing te bevorderen. Uw behandelend zorgverlener zal kiezen voor een V.A.C.® GranuFoam™-, V.A.C.® WhiteFoam- of V.A.C. GranuFoam Silver™-wondverband, afhankelijk van de situatie.

V.A.C.® -afdekfolie

(Afbeelding 4)

De V.A.C.®-afdekfolie is een kleeflaag die over het foamverband wordt aangebracht om een afgesloten, vochtige omgeving voor wondgenezing te creëren.

Hoe werkt V.A.C.® Therapy?

Het V.A.C.® Therapy-foamverband wordt in of op de wond geplaatst. Het aangebrachte foamverband bestaat uit één soort foam of er wordt een combinatie van de foamsoorten gebruikt die op pagina 4 worden beschreven. De keuze voor een foamverband zal door uw behandelend zorgverlener worden gemaakt en is afhankelijk van het type, de grootte en de locatie van uw wond en de vereiste wondgenezingsdoelen.

Het foamverband en enkele centimeters van de omringende huid worden afgedekt met een doorzichtige afdekfolie. In het midden van de afdekfolie wordt een gaatje geknipt en de SensaT.R.A.C.™-pad wordt er bovenop geplaatst. Het andere uiteinde van de slang wordt aangesloten op de canister die aan de behandelunit is bevestigd.

Wanneer het geïntegreerde V.A.C.® Therapy-systeem is aangebracht en de behandelunit wordt ingeschakeld, begint het foamverband in te zakken. Op dat moment kunt u een licht trekkend gevoel ervaren. Het V.A.C.® Therapy-systeem trekt mogelijk infectueus materiaal en ander vocht uit uw wond en verzamelt het via de slang in de canister.

Door via de SensaT.R.A.C.™-pad en de V.A.C.® Therapy-wondverbanden negatieve druk op uw wond uit te oefenen, worden de wondranden naar elkaar toe getrokken en wordt mogelijk infectueus materiaal en ander vocht uit uw wond verwijderd.

Afhankelijk van waar u V.A.C.® Therapy ondergaat, is de behandelunit een InfoV.A.C.®- of V.A.C.Ulta™-behandelunit (alleen in het ziekenhuis) of een of ActiV.A.C.®-behandelunit (in het ziekenhuis of thuis).

In de klinische richtlijnen voor V.A.C.® Therapy wordt aanbevolen om V.A.C.® Therapy gedurende 24 uur per dag toe te passen zodat de behandeling continu kan bijdragen aan het wondgenezingsproces. Volg hierbij echter altijd het advies van uw behandelend zorgverlener op.

Wat u regelmatig moet controleren:

- Is het systeem ingeschakeld?
- Ziet u de melding 'Therapy on'?
- Staan alle klemmen open?
- Is het wondverband ingezakt?

Veelgestelde vragen

V Hoe lang moet ik V.A.C.® Therapy ondergaan?

A Dat is afhankelijk van het type en de ernst van uw wond en het wondgenezend vermogen van uw lichaam. Uw behandelend zorgverlener is verantwoordelijk voor alle klinische beslissingen met betrekking tot uw V.A.C.® Therapy.

V Hoe voelt V.A.C.® Therapy aan?

A Veel patiënten geven aan dat zij een licht trekkend gevoel ervaren dat na ongeveer 15 minuten niet meer merkbaar is. Naarmate de wond geneest, kan deze gevoelig of jeukerig worden. Dit is meestal een goed teken, maar als het ongemak aanhoudt, neem dan contact op met uw behandelend zorgverlener.

V Hoeveel uur per dag moet ik het systeem aan hebben staan?

A In de meeste gevallen wordt aanbevolen om de V.A.C.® Therapy 24 uur per dag toe te passen; uw behandelend zorgverlener zal u echter informeren over het specifieke behandelplan voor uw wond. Als het noodzakelijk is om het systeem gedurende meer dan twee uur achter elkaar uit te schakelen, dan moet u uw behandelend zorgverlener raadplegen.

V Hoe vaak moet het wondverband worden verwisseld?

A Het V.A.C.®-wondverband moet elke 48–72 uur worden verwisseld, maar niet minder dan drie keer per week. In geval van een geïnfecteerde wond kan het nodig zijn om het wondverband vaker te verwisselen. Uw behandelend zorgverlener (arts of verpleegkundige) zal met u bespreken wat voor u het meest geschikte schema voor verbandwisselingen is.

V Doet een verbandwisseling pijn?

A Bij sommige typen wonden kan de patiënt enig ongemak ervaren. Uw behandelend zorgverlener kan u adviseren over pijnverlichting.

Veelgestelde vragen

V Hoe ziet het wondverband eruit wanneer het systeem is ingeschakeld?

A Het wondverband kan inkrimpen of wat rimpelen wanneer het systeem is ingeschakeld.

V Is V.A.C.® Therapy veilig?

A Ja. V.A.C.® Therapy is al bij meer dan 9 miljoen wonden over de hele wereld toegepast. Bij het ontwerpen van het V.A.C.® Therapy-systeem had veiligheid hoge prioriteit De interactie van alle onderdelen van het V.A.C.® Therapy-systeem zorgt ervoor dat de behandeling gecontroleerd, consistent en veilig verloopt.

V Kan ik gewoon rondlopen?

A Eén van de doelen van de V.A.C.® Therapy is om u zo mobiel mogelijk te houden. Dit is echter wel afhankelijk van de locatie van de wond en de behandeling die uw behandelend zorgverlener heeft voorgeschreven. Raadpleeg uw behandelend zorgverlener voor informatie over uw persoonlijke situatie.

V Wat gebeurt er als het alarm van het systeem afgaat?

A Aan het visuele alarm kunt u zien wat de aard van het probleem is. De meeste alarmen zijn eenvoudig op te lossen. Dit is iets wat uw behandelend zorgverlener u kan uitleggen. In dit boekje vindt u ook meer informatie over alarmen.

Thuis gebruikmaken van V.A.C.® Therapy

V.A.C.® Therapy-systemen zijn zowel voor gebruik in het ziekenhuis als voor thuisgebruik beschikbaar. Uw behandelend zorgverlener zal bepalen of u uit het ziekenhuis ontslagen kunt worden en thuis een V.A.C.® Therapy-systeem kunt gaan gebruiken.

Actief met V.A.C.®

Met de ActiV.A.C.® behandelunit bent u mobiel en kunt u uw dagelijkse activiteiten blijven uitvoeren (overeenkomstig het medisch advies) terwijl de wondbehandeling wordt voortgezet.

Opname in het ziekenhuis

Neem contact op met uw behandelend zorgverlener of met de klantenservice van GD Medical (**040- 3031 099**) wanneer u V.A.C.® Therapy ondergaat en in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Informatie over alarmen

Wat gebeurt er als het alarm van de V.A.C.®-behandelunit afgaat?

Het geïntegreerde V.A.C.® Therapy-systeem heeft zowel akoestische als visuele alarmen die de aard van het probleem aangeven. De meeste alarmen zijn eenvoudig op te lossen. Dit is iets wat uw behandelend zorgverlener u voorafgaand aan het gebruik meer in detail kan uitleggen, zodat u begrijpt hoe het veiligheidssysteem werkt.

Ten behoeve van uw veiligheid zal het alarm van het systeem afgaan als het volgende zich voordoet:

Het alarm gaat af als...	Actie
De canister is vol.	Dit alarm gaat af als de canister vol is of als de slang geknikt of geblokkeerd is. In deze situatie wordt de volle canister verwijderd en vervangen door een nieuwe canister. Dit wordt meestal uitgevoerd door de behandelend zorgverlener.
Er is een lek.	Het kan zijn dat u een fluitend geluid hoort wat erop wijst dat er lucht door de afdekfolie gaat. Vaak bevindt het lek zich rond de slang. In deze situatie wordt het lek in de afdekfolie gerepareerd met een nieuw stuk afdekfolie. Dit wordt meestal uitgevoerd door de behandelend zorgverlener.
De batterij is (bijna) leeg.	Laad de behandelunit weer op door de stekker in het stopcontact te steken.
De behandeling wordt niet in gang gezet.	De behandeling kan opnieuw in gang worden gezet door de behandelunit uit te schakelen (door op “Power” te drukken) en opnieuw weer in te schakelen.

Tips voor dagelijks gebruik

- Er wordt aanbevolen om de V.A.C.® Therapy 24 uur per dag toe te passen, tenzij uw behandelend zorgverlener anders adviseert.
- In de klinische richtlijnen voor V.A.C.® Therapy wordt aanbevolen om het systeem niet meer dan 2 uur per dag los te koppelen.
- De afdekfolie is waterdicht en u mag zich gewoon wassen en douchen met het wondverband indien:

  - U de behandelunit heeft losgekoppeld.

  - De slang voorzien is van een klem.

  - U ervoor zorgt dat het wondverband niet wordt ondergedompeld.
- De behandelunit is een elektrisch systeem dat niet nat mag worden.
- Als het wondverband vies wordt, kunt u het voorzichtig schoonmaken met water en een milde zeep.
- Als de knop THERAPY ON/OFF per ongeluk wordt ingedrukt en de behandelunit daardoor wordt uitgeschakeld, druk dan nog een keer op deze knop om de behandelunit weer in te schakelen. Het systeem keert dan terug naar de juiste instellingen en de behandeling wordt voortgezet.

Neem contact op met uw eigen zorgverlener of met de leverancier van KCI (GD Medical 040- 3031 099) als het alarm niet uitgaat en het niet lukt om het probleem op te lossen.

Contactgegevens van de behandelend zorgverlener:

Naam

_____

Telefoonnummer _____

Informatie over de veiligheid van de patiënt bij gebruik van V.A.C.® Therapy

Neem onmiddellijk contact op met uw behandelend zorgverlener als:

- U een duidelijke verandering opmerkt in de kleur of consistentie van het vocht in uw canister. Bijvoorbeeld als helder vocht troebel of felrood wordt.
- U een grote hoeveelheid bloed ziet onder de afdekfolie, in de slang of in de canister.
- U toegenomen roodheid of geurvorming vanuit de wond waarneemt.
- De pijn toeneemt.
- Het V.A.C.® Therapy-systeem gedurende meer dan twee uur wordt losgekoppeld.
- U andere medicatie gaat gebruiken.

Belangrijk

- Lees alle instructies en veiligheidsinformatie door en volg deze op.
- Probeer niet om de instellingen van de V.A.C.®-behandelunit te wijzigen of het wondverband te verwisselen/verwijderen zonder dat uw behandelend zorgverlener aanwezig is.
- Probeer niet om het systeem zelf te onderhouden of te repareren.

Uw veiligheid thuis

- Bewaar alle telefoonnummers voor noodgevallen bij uw telefoon.
- Gebruik geen verlengsnoeren in combinatie met dit systeem.
- Plaats de V.A.C.®-behandelunit niet op een heet oppervlak.
- Zorg ervoor dat mensen niet over het snoer kunnen struikelen.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen op de behandelunit worden gemorst omdat het een elektrisch apparaat is dat niet waterdicht is.
- Gebruik een enkel stopcontact voor de V.A.C.®-behandelunit.
- Dek de behandelunit niet af met dekens of kussens

Informatie over de veiligheid van de patiënt bij gebruik van V.A.C.® Therapy

Infectiebeheersing

Uw behandelend zorgverlener zal bepalen welke V.A.C.® Therapy voor u geschikt is als u wond geïnfecteerd mocht raken. Houd u aan de instructies voor infectiebestrijding die u van uw behandelend zorgverlener krijgt.

Als u vermoedt dat uw wond geïnfecteerd is, of als u één of meer van de volgende symptomen heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw behandelend zorgverlener:

- U heeft koorts
- Uw wond doet pijn, is rood of gezwollen
- Uw huid jeukt of u heeft uitslag
- Het wondgebied voelt erg warm aan
- Er komt pus of een vieze geur uit de wond

Allergische reacties

De wondverbanden, afdekfolie en canisters van het V.A.C.® Therapy-systeem zijn kiem- en latexvrij. Gebruik deze producten slechts eenmaal en gooi ze dan weg.

In een zeer klein aantal gevallen krijgen sommige patiënten een allergische reactie door de aanwezigheid van de afdekfolie op hun huid. Als u één of meer van de volgende symptomen heeft, neem dan contact op met uw behandelend zorgverlener voor advies en/of beoordeling van de wond:

- Roodheid
- Zwelling
- Uitslag of netelroos
- Hevige jeuk

Als u ademhalingsproblemen heeft, roep dan onmiddellijk medische hulp in.

Informatie voor familieleden

Hoe kunt u als familielid helpen?

Als familielid of vriend van iemand die V.A.C.® Therapy ondergaat, kunt u deze behandeling ondersteunen door de patiënt eraan te herinneren dat het belangrijk is om de V.A.C.® Therapy te gebruiken volgens het voorschrift van de behandelend zorgverlener.

Uw ondersteuning en aanmoediging kunnen het verschil maken in een spoedig herstel.

Dit boekje voor de patiënt met informatie over de V.A.C.® Therapy wordt u aangeboden door KCI. U vindt hierin een samenvatting van de informatie die van belang is voor het gebruik van het V.A.C.® Therapy-systeem. Het is niet bedoeld als uitgebreide handleiding voor het gebruik van het systeem, de werking en het aanbrengen ervan. Raadpleeg uw behandelend zorgverlener in geval van specifieke vragen en belangrijke informatie met betrekking tot indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en bedieningsinstructies voor het V.A.C.® Therapy-systeem.

©2017 KCI Licensing, Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle hierin genoemde handelsmerken zijn eigendom van KCI Licensing, Inc, haar gelieerde ondernemingen en/of licentiegevers.
DSL#15-0307.NL (Rev. 3/17)

GD medical

3M + KCI™