ACTIV.A.C.™
THERAPY SYSTEM

Manuel concis
À l'usage du personnel soignant



Questions et renseignements

Pour les questions médicales, veuillez consulter le spécialiste responsable du traitement.

Ce manuel n'est pas un mode d'emploi. Pour des renseignements plus complets, veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'unité ACTIV.A.C. Therapy.

Informations de sécurité importantes

La fiche de sécurité donne les indications, contre-indications, avertissements, précautions d'utilisation et autres informations de sécurité. Cette fiche est incluse avec l'unité ACTIV.A.C. Therapy, si elle est absente, veuillez contacter immédiatement GD Medical au téléphone +32 (0)2 808 58 80.

KCI
AN ACELITY COMPANY

GD medical

Unité ACTIV.A.C.® Therapy

Ecran de départ du mode Soignant



Lorsque l'unité ACTIV.A.C® Therapy est livrée pour un nouveau patient, elle doit être en mode Soignant ('Clinical Mode').

L'unité ACTIV.A.C® Therapy revient automatiquement à l'écran de départ du mode Patient au bout de 15 minutes.

Passage au mode Patient ou Soignant

Appuyez sur pour accéder au menu 'Help' (aide). Appuyez 'Patient mode' pour passer en mode Patient, ou sur 'Clinical mode' pour passer en mode Soignant

L'écran suivant confirme le mode sélectionné.

Appuyez sur 'Patient mode' pour passer en mode Patient.

Appuyez sur 'Clinical mode' pour passer en mode Soignant.

Maintenir enfoncé le bouton 'OK' pendant au moins 5 secondes pour accéder au 'Clinical mode' (mode Soignant).

Paramètres du traitement

De puis l'écran de départ 'Clinical Mode', appuyez sur **Therapy**, puis sur **Next**, puis sur **Settings** (paramètres) pour accéder à l'écran ci- dessous.

Settings – réglage manuel des paramètres du traitement.
Seal check™ - aide au repérage de fuites.
Settings guide – aide à la sélection des paramètres de traitement
History – Afficher ou exporter l'historique du traitement (rapport).
Appuyez sur 'Exit' (Quitter) pour revenir à l'écran de départ du mode Soignant.

Paramètres du traitement

Sur l'écran **Therapy**, le bouton **Settings** donne accès aux options suivantes :

⚠ Lorsque vous modifiez manuellement un paramètre, la modification est activée immédiatement, dès que le traitement est mis en marche.

Confirmation des paramètres

Lorsque vous avez sélectionné les paramètres, l'écran de confirmation suivant s'affiche.

Appuyez sur 'OK' pour continue et sur pour mettre en marche le traitement.

Écran de mise en marche du traitement

Journal

Cette fonction permet de vérifier que les pansements V.A.C® Dressing sont intacts, et de repérer d'éventuelles fuites.

Repérage de fuites avec Seal Check™

Lorsque l'unité ACTIV.A.C® Therapy détecte une fuite notable, l'alerte 'Leak Alarm' est donnée (voir les avertissements et alertes du manuel).



Appuyez sur le bouton 'Seal Check' de l'écran d'alerte 'Leak Alarm' pour lancer la fonction de repérage des fuites Seal Check™.

La fonction Seal Check™ aide au repérage des fuites au moyen d'un signal sonore et d'une diagramme en barre. La fréquence du signal sonore et la hauteur de la barre indiquent la gravité de la fuite. Lorsque la fuite est repérée, la fréquence du signal diminue et la barre s'abaisse.
Si la barre est orange, une fuite notable existe. Si la barre est verte, l'unité ACTIV.A.C® Therapy fonctionne normalement.

La ligne indique le passage du vert à l'orange et inversement.
Appuyez sur Seal Audio

Les fuites sont les plus fréquentes aux endroits suivants :

- Surface de contact entre la peau et la feuille de protection
- Point de contact entre SENSAT.R.A.C.™ et feuille de protection
- Raccords du tuyau
- Au niveau d'une fixation incorrecte du récipient à l'unité.

1. Vérifiez que le raccord entre les deux tuyaux est bien fixé.
2. Vérifiez que le récipient est bien fixé à l'unité.
3. Pendant que le traitement est en marche, passer les doigts tout autour de la feuille de protection et du SENSAT.R.A.C.™, en appuyant légèrement. Lorsque la fuite est repérée, la barre s'abaisse et (si 'Seal Audio' est activé) la fréquence du signal diminue.
4. Consultez les instructions de pose du pansement V.A.C® Dressing pour savoir comment utiliser la feuille de protection pour stopper la fuite.
5. Si nécessaire, demandez de l'aide ou des renseignements à votre soignant ou à GD Medical.

L'unité ACTIV.A.C® Therapy doit être utilisée uniquement avec le matériel jetable SENSAT.R.A.C™ Disposables. Contrôler que le trou à la bonne taille, soit 2 à 3 cm. La règle incluse permet de le mesurer au besoin.

Afficher ou exporter l'historique du traitement

L'historique du traitement est le journal chronologique qui documente la date et l'heure de toute mise en marche du traitement, de tout arrêt et toute modification.

Depuis l'écran de départ 'Clinical Mode', appuyez sur 'Therapy', puis sur 'Next', puis sur 'History' (historique) pour accéder à l'écran ci-dessous.

L'écran **'Therapy History'** a deux options :

- 'View History' – afficher l'historique à l'écran
- 'Export History' – afficher l'écran qui permet d'exporter l'historique via le port USB.

Appuyez sur **'View History'** pour afficher l'historique à l'écran.

Enfoncer et maintenir les boutons pour faire défiler les données enregistrées
Pour charger l'historique vers le port USB, appuyez sur 'Export History' sur l'écran 'Therapy History'.

Remplacement du récipient

Il faut remplacer le récipient ACTIV.A.C® lorsqu'il est plein (alerte) et au moins une fois par semaine (à cause de l'odeur).

1. Appuyez sur le bouton de l'écran tactile pour interrompre le traitement. N'éteignez pas l'unité.
2. Glissez les deux pince de tuyau vers le raccord.
3. Fermez bien les deux pinces.

Afb. 2


Afb. 3

4. Enfoncez les raccords et faites-les pivotez pour détacher les tuyaux.
5. Enfoncez le verrouillage du récipient.
6. Attirez le récipient hors de l'unité.

Mettez le récipient usagé au rebut conformément aux règlements de l'hôpital ou des autorités locales.

7. Placez le nouveau récipient dans l'unité. Le déclic signale que le récipient est bien en place.
8. Vérifiez que le récipient est bien fixé à l'unité, c'est-à-dire qu'il ne se détache pas lorsque vous l'attirez doucement à vous.
9. Reconnectez les tuyaux en enfonçant les raccords et en les faisant pivoter.
10. Ouvrez les deux pinces de tuyau.
11. Appuyez sur le bouton [ ] de l'écran tactile pour remettre le traitement en marche. Le pansement doit se tasser visiblement.

NE PAS ETEINDRE L'UNITE DE TRAITEMENT !

Avertissements

Informations : appuyez sur

Pour en savoir plus sur les avertissements et alertes, veuillez consulter le mode d'emploi. En cas de besoin, contactez GD Medical.

L'écran affiche un avertissement si l'unité ACTIV.A.C® Therapy détecte que quelque chose demande l'attention du patient ou du soignant.

Les avertissements sont accompagnés d'un **signal sonore unique**.

Avertissement batterie bientôt vide
Cet avertissement est donné deux heures avant que la batterie soit entièrement vide.

Avertissement blocage
Contrôlez les pinces de tuyau ; contrôlez que le tuyau n'est ni coudé, ni coincé, ni bouché. Positionnez l'unité et le tuyau plus bas, de façon à les placer à la même hauteur que la plaie.

Avertissement vide faible
Contrôlez les pinces de tuyau ; contrôlez que le tuyau n'est ni coudé, ni coincé, ni bouché. Positionnez l'unité et le tuyau plus bas, de façon à les placer à la même hauteur que la plaie.

Minuterie délai de service
Contactez GD Medical au +32 28 08 58 80.

Alarmes

Informations : appuyez sur

L'écran affiche une alarme si l'unité ACTIV.A.C® Therapy détecte que quelque chose demande l'attention immédiate du patient ou du soignant pour que le traitement prescrit puisse être réalisé.

Les alarmes sont accompagnérs d'un **signal sonore à répétition.**

Appuyez sur ' pour atténuer le signal sonore pendant 2 minutes

Alarme batterie presque vide
Cet avertissement est donné environ 30 minutes avant que la batterie soit entièrement vide. Branchez immédiatement l'unité sur une prise réseau.

Alarme blocage, traitement interrompu
Contrôlez les pinces de tuyau ; contrôlez que le tuyau n'est ni coudé, ni coincé, ni bouché. Positionnez l'unité et le tuyau plus bas, de façon à les placer à la même hauteur que la plaie.

Alarme récipient plein
Remplacez le récipient d'évacuation et remettez le traitement en marche.

Récipient mal placé
Positionnez correctement le récipient.

Alarme fuite
Utilisez le détecteur de fuites Seal Check™ Leak detector pour repérer la fuite, et réparez-la.

Alarme fuite, traitement interrompu
Utilisez le détecteur de fuites 'Seal Check™ Leak detector' pour repérer la fuite, et réparez-la. Appuyez sur 'Reset' pour remettre le traitement en marche.

Alarme faible vide, traitement interrompu
L'unité ACTIV.A.C® Therapy reste en marche, mais le vide (pression négative) sur la plaie peut ne pas atteindre la valeur voulue, ce qui diminue les bénéfices du traitement. Contrôlez les pinces de tuyau ; contrôlez que le tuyau n'est ni coudé, ni coincé, ni bouché. Positionnez l'unité et le tuyau plus bas, de façon à les placer à la même hauteur que la plaie.

Erreur système
Une erreur technique s'est produite. Arrêtez le traitement et remettez en marche. Si l'erreur se reproduit, contactez GD Medical.

Traitement inactif
Le traitement est à l'arrêt depuis plus de 15 minutes. Remettez le traitement en marche. Si nécessaire, contactez GD Medical au +32 (0) 2 808 58 80.